

Lieber Patient/in,

um mit Ihnen Ihre Sensordaten zu besprechen, bitten wir Sie Ihre Sensordaten als **PDF- Datei** 2 Tage vor Ihrem Termin zu mailen.

Guardian Connect / MiniMed 640G und 670G (Firma Medtronic):

- Sie benötigen die CareLink Software (<https://carelink.medtronic.eu/index.html>).

Zum Auslesen der Insulinpumpen MiniMed 640G und 670G verwenden Sie Ihr Blutzuckermessgerät CONTOUR NEXT Link und schließen es mittels USB-Anschluss an Ihren PC an. Folgen Sie dabei den Anweisungen der Pumpe.

Bei Guardian Connect werden die Daten automatisch mit der Software CareLink synchronisiert.

- **Die Daten:**

Wählen Sie **30 Tage** für die Auswertung und Besprechung mit Ihrem Diabetesteam. Wählen folgende Datenblätter:

Wochenübersicht („Spaghetti-Profil“) und wenn möglich Beurteilung und Fortschritt (AGP), Seite 8 Einstellungen.

Jetzt können Sie den Bericht drucken oder per PDF senden.